



<u>A UN SEUL SAUVETEUR</u>	<u>A 2 SAUVETEURS</u>	<u>A 3 SAUVETEURS</u>												
<ul style="list-style-type: none"> • Dans tous les cas il faut vérifier la conscience puis effectuer une LVA (Libération des Voies Aériennes). • Bilan circonstanciel 														
<ul style="list-style-type: none"> • je vérifie la respiration durant 10'' 														
LA VICTIME NE RESPIRE PAS														
<ul style="list-style-type: none"> • je vérifie la circulation 														
LE POULS EST ABSENT														
<ul style="list-style-type: none"> • 5 insufflations starters-puis prise de pouls 														
LE POULS EST TOUJOURS ABSENT														
<ol style="list-style-type: none"> 1- Bilan au chef de poste et prévenir le 15 2- Poser le DSA 3- RCP : 30 massages pour 2 insufflations sur un rythme de 100/mn 	<ol style="list-style-type: none"> 1- Le 2^e sauveteur prévient le 15 pour donner le bilan et le 1^{er} sauveteur RCP : 30 massages pour 2 insufflations sur un rythme de 100/mn. 2- Après son bilan le 2^e sauveteur pose le DSA 3- 1^{er} et 2^e sauveteur RCP : 30 massages pour 2 insufflations sur un rythme de 100/mn pour un adulte. 15 massages pour 2 insufflations sur un rythme de 100/mn pour un enfant) 	<ol style="list-style-type: none"> 1- Le 3^e sauveteur prévient le 15 pour donner le bilan et le 1^{er} et 2^e sauveteur RCP : 30 massages pour 2 insufflations sur un rythme de 100/mn pour un adulte. 15 massages pour 2 insufflations sur un rythme de 100/mn pour un enfant. 2- Après le bilan le 3^e sauveteur pose le DSA. 3- On continue la RCP à 2 sauveteur. 												
RAPPELS <ul style="list-style-type: none"> • Attention on ne pose pas de DSA chez le nourrisson. <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="color: red;"><i>Débit en inhalation :</i></td> <td style="text-align: center;">3L</td> <td style="text-align: center;">6L</td> <td style="text-align: center;">9L</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center; color: green;">Nourrisson</td> <td style="text-align: center; color: green;">Enfant</td> <td style="text-align: center; color: green;">Adulte</td> </tr> <tr> <td style="color: red;"><i>Débit en insufflation :</i></td> <td style="text-align: center;">3L</td> <td style="text-align: center;">9L</td> <td style="text-align: center;">15L</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Branchement DSA : Allumer – poser électrodes – brancher électrodes</i> 			<i>Débit en inhalation :</i>	3L	6L	9L		Nourrisson	Enfant	Adulte	<i>Débit en insufflation :</i>	3L	9L	15L
<i>Débit en inhalation :</i>	3L	6L	9L											
	Nourrisson	Enfant	Adulte											
<i>Débit en insufflation :</i>	3L	9L	15L											